

## 14-00062A / 14-00069A 比較表

	14-00062A	14-00069A
制御可能モデルの組合せ	INS-S420 INS-S420 + IJ-AT450	INS-S420 INS-S420 + IJ-AT450 INS-S100 INS-S100 + IJ-AT450 INS-S220 (※1) INS-S220 + IJ-AT450 (※1)
試験時間	Ver.1.0.0.0 : 1s ~ 999s Ver.1.0.1.0 : 1s ~ 9999s (※2)	1s ~ 9999s
軽微な不具合 (※3)	Ver.1.0.0.0 : 未対応 Ver.1.0.1.0 : 対応済み (※2)	対応済み
画面アイコン (START/STOPボタン等)	旧アイコン 	新アイコン 

※1 INS-S220は光インターフェース搭載特注器のみ制御可能です。

※2 2024/2/19時点での14-00062Aの在庫19個は、全てVer.1.0.1.0に書換え済みです。(S/N INS2367464以降)

※3 最終校正日と校正周期がレポート出力画面の特殊文字列で出力されないバグなど

14-00062Aと14-00069Aはそれぞれ専用のUSBプロテクトキーが必要になります